

Control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

سری ساخت : ۱۰۴۰۴۵۰

عنوان آزمایش : IGF-1
عنوان دستگاه : IDS

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۴	۴.۳	۴۰.۸	۴۵.۱	۵۳.۷	۵۸	۶۲.۳	۶۶.۶

مقدار	تاریخ
۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵

مقدار	تاریخ
۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۳

مقدار	تاریخ
۶۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱

CV%: 6.73	SD: 3.937	Mean: 58.5
-----------	-----------	------------

