

عنوان آزمایش : IGF-1-CLIA
 عنوان دستگاه : لیازون
 عنوان کنترل : Diasorin II
 سری ساخت : ۱۴۲۰۲۹۱
 شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

%CV	SD	SD _{۲-}	SD _{۳-}	SD _{۱-}	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۳
۸.۲۳۴	۲۵.۹۴۵	۲۳۳.۴۸۵	۲۵۹.۴۳	۲۸۵.۳۷۵	۳۱۱.۳۳	۳۳۷.۲۶۵	۲۶۲.۲۱	۲۸۹.۱۵۵

مقدار	تاریخ
۳۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۰

مقدار	تاریخ
۳۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۳۲۴.۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۸

مقدار	تاریخ
۲۸۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۳۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۶

CV%: 4.86	SD: 14.878	Mean: 306.14
-----------	------------	--------------

