

Control II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

IGF-1 : عنوان آزمایش :
IDS : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۴۳۷۴

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۴	۱۶	۱۵۲.۲	۱۶۸.۲	۱۸۴.۲	۲۰۰.۲	۲۱۶.۲	۲۳۲.۲	۲۴۸.۲

مقدار	تاریخ
۲۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸

مقدار	تاریخ
۱۸۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۲۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۲۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۲۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۲۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۱

مقدار	تاریخ
۲۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۲۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۲۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۳
۲۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۲۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵

CV%: 6.038	SD: 12.372	Mean: 204.923
------------	------------	---------------

