

Diasorin I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

IGF-1 : عنوان آزمایش :  
لیازون : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۱۴۱۱۱۹۳

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۸.۵	۱۱.۵۵	۶۶.۷	۷۸.۲۵	۸۹.۸	۱۰۱.۳۵	۱۱۲.۹	۱۲۴.۴۵	۱۳۶

مقدار	تاریخ
۱۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۱۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۱۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۱
۹۵.۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۹۶.۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۱۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵

مقدار	تاریخ
۹۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۹۸.۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۹۱.۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۱۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۱۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۹

CV%: 9.551	SD: 9.869	Mean: 103.326
------------	-----------	---------------

