

عنوان آزمایش : IGF-1
عنوان دستگاه : simense
عنوان کنترل : biorad III
سری ساخت : -/ -/ ۴۰۳۸۳
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۲۹

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۱	۷.۷۱۷	۷۱.۶۹۹	۷۹.۴۱۶	۸۷.۱۳۳	۹۴.۸۵	۱۰۲.۵۶۷	۱۱۰.۲۸۴	۱۱۸.۰۰۱

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
		۹۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
		۱۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۹۸.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
CV%: 3.209		SD: 3.309		Mean: 103.129	

