

Diasorin II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

IGF-1 : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۱۴۱۲۹۳ /

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۸.۶	۲۹.۲۳۳	۲۲۰.۰۰۱	۳۴۹.۳۳۴	۳۷۸.۶۶۷	۴۰۸	۴۳۷.۲۳۳	۴۶۶.۶۶۶	۴۹۵.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۴۶۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۴۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۴۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۴۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۴۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۶

مقدار	تاریخ
۴۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۴۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۴۶۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۴۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۴۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۴۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۴۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۴۵۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۴۵۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۴۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۴۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۹

CV%: 5.144	SD: 22.71	Mean: 441.529
------------	-----------	---------------

