

Control II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

سری ساخت : ۱۰۴۰۴۵۰

IGF-1 : عنوان آزمایش :
IDS : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۷.۲۵۷	۱۵.۰۸	۱۶۲.۵۶	۱۷۷.۶۴	۱۹۲.۷۲	۲۰۷.۸	۲۲۲.۸۸	۲۳۷.۹۶	۲۵۳.۰۴

مقدار	تاریخ
۲۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۸

مقدار	تاریخ
۲۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۲۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۵

مقدار	تاریخ
۲۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۲۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۳

CV%: 1.261	SD: 2.588	Mean: 205.2
------------	-----------	-------------

