

IDS I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۵/۲۶

IGF-1 : عنوان آزمایش :
Liaison : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۱۳	۸.۱۸۳	۶۹.۰۰۱	۷۷.۱۸۴	۹۳.۵۵	۱۰۱.۷۳۳	۱۰۹.۹۱۶	۱۱۸.۰۹۹

مقدار	تاریخ
۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۸۶.۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۹۸.۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۷

مقدار	تاریخ
۸۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۹۶.۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۴

مقدار	تاریخ
۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۹۳.۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۸۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۰

CV%: 9.733	SD: 8.773	Mean: 90.136
------------	-----------	--------------

