

Control I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

IGF-1 : عنوان آزمایش :  
الایزایدر سری ساخت : ۶۰۵۳

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۱۸۲	۵,۳۹۹	۷۱,۱۳۶	۷۶,۵۳۵	۸۱,۹۳۴	۸۷,۳۳۳	۹۲,۷۳۲	۹۸,۱۳۱	۱۰۳,۵۳

مقدار	تاریخ
۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۶

CV%: 6.159	SD: 5.49	Mean: 89.143
------------	----------	--------------

