

biorad II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

IGF-1 : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۴۰۳۸۲

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴.۳	۴.۴۱۶	۸۹.۴۵۲	۹۳.۸۶۸	۹۸.۲۸۴	۱۰۲.۷	۱۰۷.۱۱۶	۱۱۱.۵۳۲	۱۱۵.۹۴۸

مقدار	تاریخ
۱۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۹۷.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۱۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۹۳.۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۹۹.۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۱۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۱۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۱۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۸
۱۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۱۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱

CV%: 4.564	SD: 4.751	Mean: 104.105
------------	-----------	---------------

