

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

Control I : عنوان کنترل :
 شروع کنترل : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

IGF-1 : عنوان آزمایش :
 سری ساخت : ۴۳۷۳
 IDS : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۱۳.۳۶۵	۶.۵۷۴	۲۹.۴۶۷	۳۶.۰۴۱	۴۲.۶۱۵	۴۹.۱۸۹	۵۵.۷۶۳	۶۲.۳۳۷	۶۸.۹۱۱

مقدار	تاریخ
۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴

مقدار	تاریخ
۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۵

CV%: 9.651	SD: 5.35	Mean: 55.429
------------	----------	--------------

