

CONTROL-I : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

سری ساخت : ۰۲۱۰۳۱۹

Inhibin A : عنوان آزمایش :

الایزایدر : عنوان دستگاه :

| %CV  | SD     | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN    | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۲</sup> |
|------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۹.۳۸ | ۱۱.۸۰۳ | ۹۰.۴۳۴            | ۱۰۲.۲۲۷           | ۱۱۴.۰۳            | ۱۲۵.۸۳۳ | ۱۳۷.۶۳۶         | ۱۴۹.۴۳۹         | ۱۶۱.۲۴۲         |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۴۰   | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
| ۱۵۰   | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
| ۱۴۲   | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
| ۱۲۵   | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۳۴   | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
| ۱۰۰   | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
| ۱۰۳   | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
| ۱۲۰   | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
| ۱۱۵   | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
| ۱۳۳   | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۳۰   | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
| ۱۲۵   | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
| ۱۲۶   | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
| ۱۱۰   | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
| ۱۲۵   | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
| ۱۳۰   | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |

|             |            |               |
|-------------|------------|---------------|
| CV%: 10.845 | SD: 13.604 | Mean: 125.438 |
|-------------|------------|---------------|

