

CONTROL-I : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : Inhibin A
 شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ : سری ساخت : ۰۲۱۰۳۱۹ / : الیزابدر : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۸.۸۱	۱۰.۹۴۸	۹۱.۴۲۳	۱۰۲.۳۷۱	۱۱۳.۳۱۹	۱۲۴.۲۶۷	۱۳۵.۲۱۵	۱۴۶.۱۶۳	۱۵۷.۱۱۱

مقدار	تاریخ
۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۱۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۱۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۱۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲

CV%: 2.83	SD: 3.503	Mean: 123.8
-----------	-----------	-------------

