

diasorin II : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

سری ساخت : ۷۵۸۰۲۸۰

Insulin -CLIA

: عنوان آزمایش :

liaison

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲.۳	۶.۶۸۳	۸۰.۹۰۱	۸۷.۵۸۴	۹۴.۲۶۷	۱۰۰.۹۵	۱۰۷.۶۳۳	۱۱۴.۳۱۶	۱۲۰.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۸۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۹۴.۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۹۵.۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۹۳.۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۹۳.۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۹۸.۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۹۸.۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۹۹.۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۹۴.۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۹۳.۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۱۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۱۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۹۸.۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۳
۱۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۱۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۱۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۹۶.۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۱۰۱.۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۸

مقدار	تاریخ
۱۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۱۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۱۰۰.۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۱۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۱۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۱۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۱۱۲.۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۹۸.۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۷

CV%: 7.238	SD: 7.424	Mean: 102.572
------------	-----------	---------------

