

permium plus : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۱۰/۲۱:

سری ساخت : EC۱۷۶۵

Insulin -CLIA : عنوان آزمایش :  
liaison : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۶۰۱	۱.۱۳۵	۱۶.۸۵۲	۱۷.۹۸۷	۱۹.۱۳۲	۲۰.۲۵۷	۲۱.۳۹۲	۲۲.۵۲۷	۲۳.۶۶۲

مقدار	تاریخ
۲۰.۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۲۰.۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۲۰.۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۸.۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۱۸.۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۱۹.۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۱۸.۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۸.۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۱۸.۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۸.۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۱۹.۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۲۰.۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۱۸.۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۲۰.۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۲۱.۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۲۰.۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۲۰.۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۱۹.۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۹.۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۱۹.۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۹

CV%: 4.904	SD: 0.963	Mean: 19.643
------------	-----------	--------------

