

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Insulin -CLIA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲.۳	۰.۹۶۷	۱۱.۷۹۹	۱۲.۷۶۶	۱۳.۷۳۳	۱۴.۷	۱۵.۶۶۷	۱۶.۶۳۴	۱۷.۶۰۱

مقدار	تاریخ
۱۴.۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۴.۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۱۵.۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۱۴.۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۴.۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۱۴.۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۵.۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۴.۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۴.۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۱۵.۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۵.۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۴.۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۴.۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۴.۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۵.۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۵.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۴.۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۵.۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۵.۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۴.۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۵.۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 3.061	SD: 0.458	Mean: 14.954
------------	-----------	--------------

