

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۵/۱۲:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱/

عنوان آزمایش : Insulin -CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۳	۰.۹۶۷	۱۱.۷۹۹	۱۲.۷۶۶	۱۳.۷۳۳	۱۴.۷	۱۵.۶۶۷	۱۶.۶۳۴	۱۷.۶۰۱

مقدار	تاریخ
۱۴.۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۱۴.۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۱۴.۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۱۴.۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۱۴.۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۱۴.۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷

مقدار	تاریخ
۱۴.۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۱۴.۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۱۳.۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۱۴.۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۱۴.۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۱۵.۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۱۴.۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۴.۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱۴.۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۱۳.۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۵.۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۱۴.۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۱۴.۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۰

CV%: 3.364	SD: 0.489	Mean: 14.525
------------	-----------	--------------

