

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۵/۱۲:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱/

عنوان آزمایش : Insulin -CLIA
عنوان دستگاه : abbot



| %CV | SD | SD ^۲ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۲ |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۲.۳ | ۰.۹۶۷ | ۱۱.۷۹۹ | ۱۲.۷۶۶ | ۱۳.۷۳۳ | ۱۴.۷ | ۱۵.۶۶۷ | ۱۶.۶۳۴ | ۱۷.۶۰۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
| ۱۵.۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
| ۱۵.۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
| ۱۵.۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
| ۱۵.۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
| ۱۳.۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
| ۱۴.۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
| ۱۴.۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
| ۱۴.۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
| ۱۵.۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
| ۱۵.۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
| ۱۵.۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۴.۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
| ۱۴.۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
| ۱۴.۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
| ۱۴.۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
| ۱۴.۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
| ۱۴.۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
| ۱۳.۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
| ۱۴.۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
| ۱۴.۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
| ۱۴.۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
| ۱۴.۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
| ۱۴.۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۴.۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
| ۱۴.۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
| ۱۳.۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
| ۱۵.۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
| ۱۴.۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
| ۱۴.۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۱۴.۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
| ۱۴.۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
| ۱۳.۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
| ۱۴.۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
| ۱۴.۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
| ۱۵.۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
| ۱۴.۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |

| | | |
|------------|----------|--------------|
| CV%: 4.701 | SD: 0.69 | Mean: 14.676 |
|------------|----------|--------------|



42