

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۵/۱۲:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱/

عنوان آزمایش : Insulin -CLIA  
عنوان دستگاه : abbot

| %CV   | SD   | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN   | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۲</sup> |
|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۴.۸۱۱ | ۰.۷۱ | ۱۲.۶۳۳            | ۱۳.۳۴۳            | ۱۴.۰۵۳            | ۱۴.۷۶۳ | ۱۵.۴۷۳          | ۱۶.۱۸۳          | ۱۶.۸۹۳          |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۵.۶  | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
| ۱۵    | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
| ۱۴.۶  | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
| ۱۴.۸  | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
| ۱۵.۵  | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
| ۱۵.۶  | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۵    | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
| ۱۵.۴  | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
| ۱۴.۷  | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
| ۱۶    | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
| ۱۵.۸  | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
| ۱۴.۹  | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
| ۱۶    | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
| ۱۵.۵  | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۴.۹  | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
| ۱۳.۸  | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
| ۱۴.۶  | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
| ۱۴.۷  | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
| ۱۵.۸  | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
| ۱۵.۱  | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
| ۱۴.۸  | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
| ۱۵.۳  | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |

|            |           |              |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 3.607 | SD: 0.547 | Mean: 15.155 |
|------------|-----------|--------------|

