

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۵/۱۲:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱/

عنوان آزمایش : Insulin -CLIA  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۴.۲۴۷	۰.۶۴۲	۱۳.۱۸۱	۱۳.۸۳۳	۱۴.۴۶۵	۱۵.۱۰۷	۱۵.۷۴۹	۱۶.۳۹۱	۱۷.۰۳۳

مقدار	تاریخ
۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۱۵.۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۴.۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۱۴.۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۱۴.۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۱۴.۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۱۵.۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۴.۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۱۴.۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۱۴.۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۱۴.۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۵.۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۵.۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۴.۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۱۵.۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۵.۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۱۵.۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۵.۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۱۵.۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۰

CV%: 4.138	SD: 0.617	Mean: 14.905
------------	-----------	--------------

