

permium plus : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۱۰/۲۱:

Insulin -CLIA : عنوان آزمایش :  
liaison : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : EC۱۷۶۵

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۲۵۹	۱.۰۲۴	۱۶.۳۹۸	۱۷.۴۳۲	۱۸.۴۴۶	۱۹.۴۷	۲۰.۴۹۴	۲۱.۵۱۸	۲۲.۵۴۲

مقدار	تاریخ
۱۹.۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۱۹.۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۷.۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۱۸.۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۱۸.۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۱.۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۱۷.۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۸

CV%: 6.613	SD: 1.268	Mean: 19.175
------------	-----------	--------------

