

BIORAD II : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

Insulin : عنوان آزمایش :
Liason : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۴۰۳۸۲ /

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۷.۳۱	۵.۲۵۸	۵۶.۱۵۶	۶۱.۴۱۴	۶۶.۶۷۳	۷۱.۹۳	۷۷.۱۸۸	۸۲.۴۴۶	۸۷.۷۰۴

مقدار	تاریخ
۷۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۷۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۷۴.۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۷۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۷۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۷۵.۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۷۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
۷۴.۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۷۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۷۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۷

مقدار	تاریخ
۶۹.۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۷۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۸
۷۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰

CV%: 6.455	SD: 4.766	Mean: 73.829
------------	-----------	--------------

