

diasorin II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

سری ساخت : ۷۵۹۰۲۸۰

Insulin : عنوان آزمایش :
liaison : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲.۳	۶.۷۴	۸۰.۹۶	۸۷.۷	۹۴.۴۴	۱۰۱.۱۸	۱۰۷.۹۲	۱۱۴.۶۶	۱۲۱.۴

مقدار	تاریخ
۱۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۸۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۹۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۹۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۱۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۹۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۱۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۱۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۱۳.۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۱۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۰۳.۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۰۰.۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۴

CV%: 6.371	SD: 6.651	Mean: 104.4
------------	-----------	-------------

