

permium plus : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : Insulin -CLIA  
 شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ : ۱۸۱۲ : سری ساخت : liaison : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۲.۳	۲.۱۳۳	۱۹.۱۰۱	۲۱.۲۳۴	۲۳.۳۶۷	۲۵.۵	۲۷.۶۳۳	۲۹.۷۶۶	۳۱.۸۹۹

مقدار	تاریخ
۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۲۹.۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۲۹.۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۲۷.۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۲۹.۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۲۵.۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۰

مقدار	تاریخ
۲۷.۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۲۶.۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۲۵.۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۲۷.۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۱

CV%: 5.318	SD: 1.47	Mean: 27.647
------------	----------	--------------

