

permium plus : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

Insulin : عنوان آزمایش :
liaison : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۱۲۴


%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲.۳	۱.۰۲۸	۹.۳۳۱	۱۰.۳۵۹	۱۱.۲۸۷	۱۲.۳۱۵	۱۳.۳۴۳	۱۴.۳۷۱	۱۵.۳۹۹

مقدار	تاریخ
۱۲.۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۲.۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۲.۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۱۲.۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۱۲.۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۲.۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۱۳.۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۱۲.۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۲.۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۱۲.۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۳.۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۴

مقدار	تاریخ
۱۱.۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۱۳.۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۱۲.۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۱۲.۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۲.۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۱۲.۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۲.۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۵

CV%: 3.976	SD: 0.505	Mean: 12.7
------------	-----------	------------



22

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۳

عنوان آزمایش : Insulin
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۲.۳	۷.۴۸۳	۹۰.۱۰۱	۹۷.۵۸۴	۱۰۵.۰۶۷	۱۱۲.۵۵	۱۲۰.۰۳۳	۱۲۷.۵۱۶	۱۳۴.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۲۳.۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۱۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۹

مقدار	تاریخ
۱۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۱۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۱۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۲

CV%: 6.09	SD: 6.879	Mean: 112.964
-----------	-----------	---------------

