

BIORAD III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

سری ساخت : /-/۴۰۳۸۳

Insulin : عنوان آزمایش :  
Liason : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۲.۳	۱۹.۶۶۷	۱۳۷.۹۹۹	۱۵۷.۶۶۶	۱۷۷.۳۳۳	۱۹۷	۲۱۶.۶۶۷	۲۳۶.۳۳۴	۲۵۶.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۲۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۲۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۱۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
۲۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۲۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۲۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۲۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۲۳۴.۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۲۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۲۳۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۳۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۲۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۲۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۲۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۲۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۲۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۲۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۱۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۲۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۲۳۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۹

CV%: 5.809	SD: 12.938	Mean: 222.725
------------	------------	---------------

