

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

سری ساخت : \*-/۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Insulin

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۲.۳	۰.۷۸۷	۹.۴۷۹	۱۰.۳۶۶	۱۱.۰۵۳	۱۱.۸۴	۱۲.۶۳۷	۱۳.۴۱۴	۱۴.۲۰۱

مقدار	تاریخ
۱۲.۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۱۱.۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۹

مقدار	تاریخ
۱۱.۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۱.۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۱۱.۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۳
۱۱.۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۳
۱۱.۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۴
۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۷
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۸
۱۱.۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۹

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۱۳.۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۰
۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱۱.۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۱۱.۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷

CV%: 5.544	SD: 0.672	Mean: 12.126
------------	-----------	--------------

