

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۱۶

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۲۱۱

عنوان آزمایش : Insulin

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۲.۳	۰.۹۵	۱۱.۲	۱۲.۱۵	۱۳.۱	۱۴.۰۵	۱۵	۱۵.۹۵	۱۶.۹

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۱۵.۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۴.۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۲

مقدار	تاریخ
۱۴.۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۱۴.۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۱۳.۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۱۴.۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
۱۳.۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۳.۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
۱۳.۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۱۴.۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۱۳.۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۱۳.۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۱

CV%: 4.103	SD: 0.578	Mean: 14.087
------------	-----------	--------------

