

BIORAD III : عنوان کنترل : Insulin : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ : سری ساخت : /-/.۴۰۳۸۳ : Liason : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۳	۱۹.۶۶۷	۱۳۷.۹۹۹	۱۵۷.۶۶۶	۱۷۷.۳۳۳	۱۹۷	۲۱۶.۶۶۷	۲۳۶.۳۳۴	۲۵۶.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۲۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
۲۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۹۴.۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۲۰۶.۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۲۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۱۹۸.۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۲۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۲۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۲۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۲۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۵

CV%: 3.169	SD: 6.435	Mean: 203.073
------------	-----------	---------------

