

BIORAD II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

سری ساخت : ۴۰۲۸۲/

Insulin : عنوان آزمایش :
Liason : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲.۳	۶.۳۳۳	۴۴.۴۰۱	۵۰.۷۳۴	۵۷.۰۶۷	۶۳.۴	۶۹.۷۳۳	۷۶.۰۶۶	۸۲.۳۹۹

مقدار	تاریخ
۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۶۱.۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۵.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۶۹.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۷۴.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۷۰.۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۷۴.۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
۷۱.۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۷۳.۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۶۵.۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۳.۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۸

CV%: 6.376	SD: 4.49	Mean: 70.413
------------	----------	--------------

