

permium plus : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۲/۰۴

Insulin : عنوان آزمایش :
liaison : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۱۰۷

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۵.۰۱۳	۰.۷۸۹	۱۳.۳۷۳	۱۴.۱۶۱	۱۴.۹۵	۱۵.۷۳۹	۱۶.۵۲۸	۱۷.۳۱۷	۱۸.۱۰۶

مقدار	تاریخ
۱۵.۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۱۵.۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۱۶.۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۶.۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱۶.۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۲
۱۷.۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۴
۱۵.۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۶
۱۶.۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۷
۱۴.۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۸

مقدار	تاریخ
۱۴.۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۱۶.۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۷.۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۱۶.۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۱۵.۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۰

CV%: 4.958	SD: 0.791	Mean: 15.953
------------	-----------	--------------

