

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

عنوان آزمایش : Insulin  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۲.۳	۰.۸۱۵	۹.۷۱	۱۰.۵۲۵	۱۱.۳۴	۱۲.۱۵۵	۱۲.۹۷	۱۳.۷۸۵	۱۴.۶

مقدار	تاریخ
۱۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۲.۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۳.۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۳.۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴

مقدار	تاریخ
۱۳.۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۱۳.۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۱۲.۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۳.۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱۲.۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۱۲.۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۴

CV%: 5.302	SD: 0.685	Mean: 12.929
------------	-----------	--------------

