

عنوان کنترل : کنترل انسولین II
شروع کنترل :
۱۴۰۲/۰۴/۰۱:

عنوان آزمایش : Insulin
عنوان دستگاه : siemens
سری ساخت : ۰۱۳۵

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۳	۲.۳۳۳	۲۸.۰۰۱	۴۰.۳۳۴	۴۲.۶۶۷	۴۵	۴۷.۳۳۳	۴۹.۶۶۶	۵۱.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۴۲.۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۱

مقدار	تاریخ
۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۸
۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۰

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۴۶.۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۵

CV%: 5.19	SD: 2.329	Mean: 44.867
-----------	-----------	--------------

