

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

سری ساخت : ۲۵۷۱۰۲۱۱-

عنوان آزمایش : Insulin

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲.۳	۰.۸۱۵	۹.۷۱	۱۰.۵۲۵	۱۱.۳۴	۱۲.۱۵۵	۱۲.۹۷	۱۳.۷۸۵	۱۴.۶

مقدار	تاریخ
۱۳.۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۱۲.۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۱۱.۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۱۳.۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۱۲.۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۱۲.۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۳.۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۱۲.۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
۱۳.۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۱۳.۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۱۲.۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۱۳.۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۱۳.۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۲.۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲.۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۱۳.۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۳.۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱۲.۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۱۲.۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۱۳.۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۱۲.۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۰

CV%: 4.155	SD: 0.537	Mean: 12.914
------------	-----------	--------------

