

عنوان کنترل : abbot-3  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

عنوان آزمایش : Insulin  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۳	۷,۳۵	۸۷,۹	۹۵,۲۵	۱۰۲,۶	۱۰۹,۹۵	۱۱۷,۳	۱۲۴,۶۵	۱۳۲

مقدار	تاریخ
۱۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۱

مقدار	تاریخ
۱۰۷,۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۱۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۹

مقدار	تاریخ
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۰۵,۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۳

CV%: 2.95	SD: 3.168	Mean: 107.408
-----------	-----------	---------------

