

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

عنوان آزمایش : Insulin
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳	۰,۹۸۳	۸,۷۰۱	۹,۶۸۴	۱۰,۶۶۷	۱۱,۶۵	۱۲,۶۳۳	۱۳,۶۱۶	۱۴,۵۹۹

مقدار	تاریخ
۱۱,۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰
۱۱,۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۱
۱۱,۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۱۱,۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۳,۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۱,۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۱,۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۱,۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۳,۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۱,۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۱,۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۱,۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۰

CV%: 6.516	SD: 0.782	Mean: 12
------------	-----------	----------

