

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : کنترل داخلی کیت
شروع کنترل :
۱۳۹۹/۰۹/۰۵:

عنوان آزمایش : Insulin -CLIA
عنوان دستگاه : SIEMENS
سری ساخت : ۱۳۴

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳.۱۷	۱.۴۰۶	۴۰.۱۲۲	۴۱.۵۲۸	۴۲.۹۳۴	۴۴.۳۴	۴۵.۷۴۶	۴۷.۱۵۲	۴۸.۵۵۸

مقدار	تاریخ
۴۵.۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۴۱.۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۴۳.۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۴۲.۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۴۵.۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۴۳.۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۷

مقدار	تاریخ
۴۳.۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۴۴.۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۴۶.۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۴۴.۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۴۳.۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۴۴.۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۴۷.۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۴۵.۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۸

مقدار	تاریخ
۴۳.۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۴۴.۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۴۶.۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۴۳.۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۴۴.۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۴۲.۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۴۳.۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۴۵.۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۹

CV%: 3.143	SD: 1.392	Mean: 44.296
------------	-----------	--------------