

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۱

عنوان آزمایش : Insulin -CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴.۹۹	۰.۶۵۷	۱۱.۱۹۱	۱۱.۸۴۸	۱۲.۵۰۵	۱۳.۱۶۲	۱۳.۸۱۹	۱۴.۴۷۶	۱۵.۱۳۳

مقدار	تاریخ
۱۴.۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۳.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۳.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱۲.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۳.۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱۳.۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱۳.۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۱۲.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۱۲.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۱۳.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱۳.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱۲.۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۳.۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۱۲.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۱۳.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۱۳.۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۱۳.۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۷

CV%: 4.667	SD: 0.622	Mean: 13.322
------------	-----------	--------------

