

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : کنترل داخلی کیت  
 شروع کنترل :  
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۵:

Insulin -CLIA : عنوان آزمایش  
 SIEMENS : عنوان دستگاه  
 سری ساخت : ۱۳۴

| %CV | SD    | SD <sub>2</sub> - | SD <sub>2</sub> - | SD <sub>1</sub> - | MEAN | SD <sub>1</sub> | SD <sub>2</sub> | SD <sub>2</sub> |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۷.۳ | ۲.۳۳۳ | ۲۸.۰۰۱            | ۴۰.۳۳۴            | ۴۲.۶۶۷            | ۴۵   | ۴۷.۲۳۳          | ۴۹.۶۶۶          | ۵۱.۹۹۹          |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴۳.۴  | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
| ۴۴.۱  | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
| ۴۶    | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
| ۴۵.۳  | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
| ۴۴.۶  | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴۴.۱  | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
| ۴۵.۳  | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
| ۴۶.۱  | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
| ۴۷.۵  | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
| ۴۶.۲  | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
| ۴۱.۸  | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴۵.۴  | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
| ۴۳.۶  | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
| ۴۵.۱  | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
| ۴۵.۱  | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
| ۴۳.۹  | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
| ۴۲.۸  | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |

|           |           |              |
|-----------|-----------|--------------|
| CV%: 3.14 | SD: 1.404 | Mean: 44.724 |
|-----------|-----------|--------------|

