

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

سری ساخت : ۳۴۳۱۳۲۰۱

عنوان آزمایش : LH-CLIA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۶.۴۳۹	۰.۳۰۵	۳.۸۳۱	۴.۱۳۶	۴.۴۴۱	۴.۷۴۶	۵.۰۵۱	۵.۳۵۶	۵.۶۶۱

مقدار	تاریخ
۴.۶۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۴.۵۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۴.۴۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۴.۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۴.۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۴.۵۳	۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴.۵۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۴.۶۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۴.۷۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۴.۳۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۴.۶۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۴.۹۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۴.۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۴.۵۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۴.۶۸	۱۴۰۰/۱۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۴.۶۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۴.۶۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۴.۶۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۴.۸۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۴.۹۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۴.۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۴.۷۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۴.۹۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۵.۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱

CV%: 5.034	SD: 0.233	Mean: 4.621
------------	-----------	-------------

