

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : LH-CLIA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۳.۷۲۸	۰.۱۵۵	۳.۶۷۶	۳.۸۳۱	۳.۹۸۶	۴.۱۴۱	۴.۳۹۶	۴.۴۵۱	۴.۶۰۶

مقدار	تاریخ
۴.۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۴.۴۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۴.۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۴.۳۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۴.۳۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۴.۳۵	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۴.۴	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۳.۹۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۴.۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۳.۹۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۴.۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۴.۳۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۴.۳۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۴.۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۴.۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۴.۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۴.۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۴.۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۴.۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۴.۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۳.۸۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۴.۳۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۱

CV%: 4.001	SD: 0.169	Mean: 4.218
------------	-----------	-------------

