

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : LH-CLIA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۳.۸۶۸	۰.۱۶۷	۳.۸۱۳	۳.۹۸	۴.۱۴۷	۴.۳۱۴	۴.۴۸۱	۴.۶۴۸	۴.۸۱۵

مقدار	تاریخ
۴.۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۴.۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۴.۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۴.۵۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۴.۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۴.۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۴.۳۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۴.۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۴.۵۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۴.۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۴.۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۴.۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۴.۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۴.۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۴.۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴.۴۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۴.۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۴.۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۴.۴۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۴.۳۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۴.۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۴.۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۱

CV%: 3.361	SD: 0.145	Mean: 4.328
------------	-----------	-------------

