

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : LH-CLIA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۳.۶۱۲	۰.۱۵۶	۳.۸۴۵	۴.۰۰۱	۴.۱۵۷	۴.۳۱۳	۴.۴۶۹	۴.۶۲۵	۴.۷۸۱

مقدار	تاریخ
۴.۵۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۴.۶۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۴.۴۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۴.۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۴.۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۴.۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۴.۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۴.۴۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۴.۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۴.۳۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۴.۱۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۴.۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۴.۴۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۴.۳۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۴.۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۴.۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۴.۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۴.۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۴.۳۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۴.۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۴.۳۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۴.۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۴.۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۴.۳۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۴.۳۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱

CV%: 3.305	SD: 0.145	Mean: 4.399
------------	-----------	-------------

