

عنوان آزمایش : LH  
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
عنوان کنترل : عنوان کنترل : Universal I  
سری ساخت : ۱۹۱۶۲ / شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۲.۱	۰.۷۷۲	۸.۷۶۹	۹.۵۴۱	۱۰.۳۱۳	۱۱.۰۸۵	۱۱.۸۵۷	۱۲.۶۲۹	۱۳.۴۰۱

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱۰.۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰.۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۱۰.۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۱۰.۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۱۱.۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۱۰.۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۰.۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۱۰.۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۱۰.۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱۰.۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۱۱.۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۱۱.۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۱۰.۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۷

CV%: 5.068	SD: 0.54	Mean: 10.648
------------	----------	--------------

