

عنوان آزمایش : LH  
 عنوان دستگاه : simense  
 عنوان کنترل : biorad III  
 سری ساخت : ۴۰۲۸۳  
 شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۰	۵.۰۱۷	۴۱.۶۹۹	۴۶.۷۱۶	۵۶.۷۵	۶۱.۷۶۷	۶۶.۷۸۴	۷۱.۸۰۱

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۶۵.۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۴۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۶۰.۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
		۶۰.۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
		۶۳.۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۴۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
CV%: 14.141		SD: 8.218		Mean: 58.114	

