

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۱

عنوان آزمایش : LH
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۲	۰.۲۴۷	۲.۹۷۹	۳.۲۲۶	۳.۴۷۳	۳.۷۲	۳.۹۶۷	۴.۲۱۴	۴.۴۶۱

مقدار	تاریخ
۴.۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۳.۹۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۳.۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۴

مقدار	تاریخ
۳.۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۱
۴.۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۴.۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۳.۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۳.۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
۴.۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۸

مقدار	تاریخ
۳.۸۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۳.۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۳.۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
۳.۷۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۳.۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۴.۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰

CV%: 4.956	SD: 0.195	Mean: 3.937
------------	-----------	-------------

