

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۱

عنوان آزمایش : LH
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۲۴۵	۰.۲۰۷	۳.۳۳۳	۳.۵۳	۳.۷۳۷	۳.۹۴۴	۴.۱۵۱	۴.۳۵۸	۴.۵۶۵

مقدار	تاریخ
۴.۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴.۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۴.۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳.۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۴.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۴.۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۴.۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۴.۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۴.۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۴.۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۴.۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۳.۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴.۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۱

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳.۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۴.۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۴.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳.۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴.۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۴.۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۰

CV%: 3.749	SD: 0.155	Mean: 4.135
------------	-----------	-------------

