

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۱

عنوان آزمایش : LH
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۲.۸۲۶	۰.۱۱۳	۳.۶۷۶	۳.۷۸۹	۳.۹۰۲	۴.۰۱۵	۴.۱۲۸	۴.۲۴۱	۴.۳۵۴

مقدار	تاریخ
۴.۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۴.۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۳.۸۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۳.۹۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۴.۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۳.۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۴.۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۳.۸۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۳.۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۳.۸۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۳.۹۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۳.۸۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۳.۸۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۰

CV%: 3.06	SD: 0.121	Mean: 3.961
-----------	-----------	-------------

