

permium III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

LH : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۹۵۸	۳,۵۴۶	۶۰,۸۹۳	۶۴,۴۳۹	۶۷,۹۸۵	۷۱,۵۳۱	۷۵,۰۷۷	۷۸,۶۲۳	۸۲,۱۶۹

مقدار	تاریخ
۷۴,۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۹

مقدار	تاریخ
۷۲,۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۷۳,۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۷۲,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۷۴,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۴

مقدار	تاریخ
۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۶۸,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۶۵,۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۶۷,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۵

CV%: 4.724	SD: 3.363	Mean: 71.178
------------	-----------	--------------

