

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

عنوان آزمایش : LH
عنوان دستگاه : abbot

| %CV | SD | SD ₂ - | SD ₂ - | SD ₁ - | MEAN | SD ₁ | SD ₂ | SD ₂ |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۳.۲ | ۰.۲۳۸ | ۲.۸۸۱ | ۲.۱۱۹ | ۳.۳۵۷ | ۳.۵۹۵ | ۲.۸۳۳ | ۴.۰۷۱ | ۴.۳۰۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳.۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
| ۳.۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
| ۳.۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳.۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
| ۳.۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
| ۳.۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
| ۳.۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
| ۳.۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
| ۳.۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳.۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
| ۳.۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
| ۳.۳۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
| ۳.۵۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
| ۳.۵۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
| ۳.۵۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 4.077 | SD: 0.145 | Mean: 3.555 |
|------------|-----------|-------------|

